

ノボケア ニュース

No.9

NOVOCARENEWS

ノボケア相談室

(フリーダイヤル)

0120-180363



NovoCare®

受付：月曜日から金曜日まで（祝祭日、会社休日を除く）
午前9時～午後6時

上記以外の時間は下記の電話で受け付けます。
夜間・休日受付センター 0120-359516
(但し、原則として回答は翌営業日となります。)

白く濁ったインスリン製剤は、注射する前によく混ぜて均一にすることが重要です

インスリン製剤には、透明なものと白く濁ったものがあります。白く濁った製剤のカートリッジの中には小さなガラス球が入っておりますので、このガラス球を動かして薬液を均一に白くなるまで混ぜます。

薬液が均一になっていない状態では、設定した量のインスリンがきちんと注射されませんので、注射後に思わぬ低血糖が起きたり、血糖コントロールがうまくできなくなる可能性があります。

インスリン製剤は、ラベルのカラー帯や、フレックスペンなどのプレフィルド製剤の注入ボタンが次のように色分けされています。お使いのインスリン製剤をよく確認し、使用前にそれぞれの方法でよく混ぜていただくようお願いいたします。

製剤の種類	透明な製剤		白く濁った懸濁製剤（カートリッジのなかにガラス球が入っています）						
	超速効	R	30ミックス	10R	20R	30R	40R	50R	N
製剤カラー	オレンジ	黄色	ロイヤルブルー	青緑	ピンク	茶色	紫	グレー	黄緑
混ぜ方	混ぜる必要ありません		⇒ 1の方法で			⇒ 2の方法で			

1 30ミックスの混ぜ方

「初回」新しいものを使う場合	「2回目以降」毎回注射する前に
<p>室温に戻してください★</p> <p>ステップ1 ★すばやく</p> <p>ステップ2 往復10回以上上下に振る</p> <p>手のひらにはさんで往復10回以上水平に転がす</p> <p>※沈殿が残るときはステップ1、2を繰り返して下さい。</p>	<p>往復10回以上上下に振る</p>

★混ぜる時のポイント

1. 早めに冷蔵庫から出して室温に戻しておきましょう！
2. カートリッジに付着している沈殿をはがすように水平にすばやく転がしましょう！

沈殿が見えなくなり均一に白くなるまで、これらの操作を繰り返すことが大切です

2 10R、20R、30R、40R、50R、Nの混ぜ方

毎回注射する前に
<p>往復10回以上上下に振る</p>