


膨らんだゴム栓について

注射針の後ろ側の針がゴム栓に刺さっていない状態で注入ボタンを押した場合、もしくは注射針をつけずに注入ボタンを押した場合に、ゴム栓（ペンの先のゴム部分）が膨らむことがございます。注射針の正しい取り付け方は、ノボケアニュース No.22（注射針を注入器に取り付ける際の留意点）をご覧ください。

膨らんだゴム栓



膨らんでいないゴム栓

